

取扱説明書

保証書付

CO2 濃度測定器 TEC-9

はじめに
この度は「CO2 濃度測定器 TEC-9」を
ご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

- ※この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ※本取扱説明書には保証書が付属していますので大切に保管してください。
- ※付属品をお確かめください。

製品特徴

- 空気中の「二酸化炭素濃度」の含有量を測定します。
- 温度、湿度、CO2 を確認できます。
- 充電式なので、どこでも使えて便利です。
- 飲食店を始めとした、商業施設、保育園・幼稚園、学校、福祉施設など、人が密集しやすい場所で大活躍します。
- 本体側面にあるボタンを3秒間長押しすると、電源が入り計測を開始します。
- CO2 の測定可能範囲は400～5000PPMまでで、リアルタイムで濃度がわかります。カラーサークルは、CO2 の含有量に応じて変化します。

注意事項

- ※電源を入れた後、測定を開始する前に約10分間ウォームアップする必要があります。
- ※使用環境によって誤差が生じます。
- ※USBケーブルを接続すると、充電を開始します。充電中はバッテリーアイコンが点滅します。充電が完了すると、点滅が止まります。
- ※バッテリーアイコンがフルでも、点滅する場合は充電が完了していません。点滅が止まるまで、充電を続けてください。
- ※内蔵されているリチウム電池、標準のDC-5V充電器を使用してください。
- ※使用中は数値の偏差を避けるため、空気の入出口を塞がないでください。
- ※埃の多い所や、空気が悪い所での使用はお控えください。
- ※高温、高湿度、汚れた場所、磁場の強い場所で使用しないでください。
- ※周囲温度が-10℃～45℃の所でご使用ください。
- ※本機・付属品は、周囲温度が低すぎたり高すぎる所で保管しないでください。
- ※雨や湿気から避けて保管してください。
- ※本品は、医薬品・医薬部外品ではありません。

製品仕様

CO2 測定範囲	400～5000PPM
CO2 測定感度	1PPM
温度測定範囲	0～50℃
温度測定精度	±1℃
湿度測定範囲	0%～99%RH
湿度測定精度	±2%RH
充電方法	USB 500mA Type C
電池	内蔵リチウム電池 1200mAh
重量	約150g

保証書

下記商品は、弊社商品であることを証明いたします。
6ヶ月間の保証期間内に故障が生じた場合には
規定に基づき無料で修理いたします。

品名	CO2濃度測定器	品番	TEC-9	購入年月日	年 月 日
販売店名 住所・印	電話： 印				
お客様	ご住所	電話：			
	お名前				様

<保証規定>

- ご購入日から6ヶ月の期間中に取扱説明書に従った正常な使用状態で使用し、故障した場合は修理致しますので、ご購入後証明(レシートや領収書など)と保証書(本書)を添え販売店に送ってください。
 - 修理する際、本書に販売店印と販売日が記載されているもののみ有効とさせていただきます。
 - 次の場合は上記期間内でも対象外となります。
 - ・使用方法の誤りによる故障及び損傷
 - ・改造や不当な修理による故障及び損傷
 - ・業務用または過酷な条件下で使用した場合の故障及び損傷
 - ・ご購入後の落下、輸送などによる故障及び損傷
 - ・火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害または異常電圧などの外部要因による故障及び損傷
 - ・本書の提示がない場合ならびに本書に記載がない場合あるいは書き換えられた場合
 - ・消耗品を交換する場合
 - ・腐食による損傷および故障
 - ・一般家庭以外(例えば業務用、船舶や海上使用など)に使用された場合の故障および損傷
- 本書は日本国内においてのみ有効です。本書は再発行いたしません。紛失、破損がないように大切に保管してください。保証期間経過後の修理は有料となります。

お問い合わせはこちら

TEL：(06)-4304-3602

MAIL：support@ciconia.jp

輸入・販売元：株式会社センター商事

〒540-0013

大阪府大阪市中央区内久宝寺町4-3-8

<https://center-shoji.jp/>